

SA-1007

打抜用卓上プレス



装置概要

厚い・硬い・広い面積のサンプルや、枚数を重ねて大量に打ち抜いたりする場合の高荷重用打抜器です。SA-102 試験片打抜刃、SA-1009 トムソン刃等を使用して打抜きます。

標準仕様

圧縮力	50kN	打抜刃	SA-102, SA-1009
加圧方式	手動油圧ジャッキ方式		形状指定下さい
加圧盤	250 × 250 mm	機体寸法	約 W38 × D30 × H62 cm
圧縮盤間	約 130 mm	オプション	圧縮力変更、加圧盤寸法変更



テスター産業株式会社

本社 / 〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 955-1

TEL (049)-258-7671(代)

<http://www.testers.co.jp>

FAX (049)- 274-5353

e-mail : info@testers.co.jp